MASQUES HAUTE FILTRATION

PRESENTATION
Boîte contenant 50 masques de couleur bleue.

COMPOSITION
Masques : Polypropylène
Barrette nasale : Polypropylène / PVC
Elastiques : Polyester
Sans fibres de verre. Sans latex.

PROPRIETES
Les Masques Haute Filtration sont conformes à la norme NF EN 14683 : "Masques chirurgicaux", Type IIR. Ils sont spécialement adaptés au travail des chirurgiens dentistes : ils sont souples (3 plis), confortables (élastiques plats), non irritants. De plus, la barrette nasale permet une respiration aisée. Ils sont très résistants aux fluides, vapeurs et sprays, et sont ininflammables.

EFFICACITE
• Efficacité de la filtration bactérienne : BFE ≥ 98 %.
• Facilité de respiration : Δp < 49 Pa.
Delta P ou perte de charge quantifie essentiellement la facilité de respiration (un faible Δp indique une bonne facilité de respiration).
• Pression de résistance aux éclaboussures ≥ 120 mm Hg

INDICATION
Les Masques Haute Filtration sont un dispositif de filtration bactérienne protégeant le praticien et le patient.

CONTRE-INDICATION
Allergie connue à l'un des composants.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
Produit à usage unique : risque de perte d'efficacité de la filtration bactérienne en cas d'utilisation prolongée.
Un masque souillé durant l'intervention doit être changé (risque de contamination).

MODE D'EMPLOI
• Mettre le masque en place (barrette nasale vers le haut) en s'assurant que le creux du pli central soit tourné vers le visage (face bleue à l'intérieur). • Déplier le masque pour couvrir le bas du visage. • Presser fortement la barrette pour que le masque s'ajuste parfaitement à la forme du nez. • Changer de masque fréquemment.

CONSERVATION
5 ans après la date de fabrication.
Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement.

ELIMINATION DES PRODUITS
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. Ne pas procéder à l'élimination dans l'environnement extérieur.

CE

Produit professionnel dentaire.
Classification selon la Directive Européenne 93/42/CEE
Dispositif médical de classe I

PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND - 17 av. Gustave Eiffel - 33700 MERIGNAC - France - Tel. : +33 (0) 556 34 06 07

Doc Q RD 155/07
27 Mars 2013